

### Identificação

Equipamento	NX600
Data da Análise	2023/09/26 21:19:00
ID Amostra	64
ID Ordem	
ID Paciente	Preguica
Nome Paciente	
Idade	Autônomo(cano(s))
Gênero	Macho
Grupo de Referência	Outro (14)
Operador	

### Parâmetros

Parâmetro	Valor	Intervalo de Referência		Tipo de Amostra	Fator Diluição	Alertas
TP (g/dl)	6.7	[5.0 - 7.2]		Plasma/Soro	1	
ALB (g/dl)	2.8	[2.6 - 4.0]		Plasma/Soro	1	
ALP (U/l)	3500	[13 - 83]		Plasma/Soro	1	
GLU (mg/dl)	109	[75 - 128]		Plasma/Soro	1	
TBIL (mg/dl)	0.5	[0.1 - 0.5]		Plasma/Soro	1	
IP (mg/dl)	6.6	[1.9 - 5.0]		Plasma/Soro	1	H
TCHO (mg/dl)	309	[111 - 312]		Plasma/Soro	1	
GGT (U/l)	121	[5 - 14]		Plasma/Soro	1	H
GPT (U/l)	1000	[17 - 78]		Plasma/Soro	1	
Ca (mg/dl)	9.6	[9.3 - 12.1]		Plasma/Soro	1	
CRE (mg/dl)	0.47	[0.40 - 1.40]		Plasma/Soro	1	
BUN (mg/dl)	7.7	[9.2 - 29.2]		Plasma/Soro	1	L
GLOB (g/dl)	3.9	[1.2 - 3.7]			1	H
ALB/GLB	0.7	[0.7 - 1.9]			1	
BUN/CRE (mg/mg)	16.4	[12.5 - 31.8]			1	

### Observações

Médico \_\_\_\_\_